



お詫びとお知らせ

採血用器具で不適切な使用

市は血糖値測定で、採血用器具の針をそれぞれ交換していましたが、器具先端の肌に触れる部分はアルコール消毒をしただけで、複数の人に使用していました。

該当者をはじめ、市民の皆さんに多大な不安を与え、ご心配をおかけしたことを深くお詫びいたします。

不適切な使用をしていたのは、東城支所における健康相談・健康づくり学習会・健康まつりなどの保健事業や、西城市民病院、総領診療所、高野診療所での診療業務で、いずれも針を交換し消毒すれば安全だと考えていました。

また、厚生労働省から平成18年3月に県を通じて複数の人に使用しないように通知がありました。が、通知後も使用していた事例もあり、内部で情報が共有されていませんでした。

市は肝炎などの感染の

恐れが否定できないため、該当者にお詫びと状況を説明し、肝炎などの血液検査を受けていただくようお願いしているところです。

しかし、該当者全てを把握できていない事業などもあります。該当の器具で次の表の期間内に血糖値測定をされた方で、市や病院などから連絡がない方がおられましたら、ご連絡をいただきますようお願いいたします。該当者の血液検査にかかる経費につきましては、市や病院が負担します。（高野診療所は公設民営のため、診療所で検討中です。）

なお、5月25日（日）の「庄原市健康福祉まつり」で、「血糖値測定」を実施しましたが、針も含めて先端部分を一回ずつ交換する安全なタイプを使用していましたので、感染の心配はありません。今後は内部での情報共有と再発防止に努めます。

【血糖値測定のための微量採血用器具使用状況表】

（6月17日現在）

	器具を使用した期間	該当者数	使用した事業・業務
東城支所 保健福祉室	平成8年2月～平成20年1月	177人	健康相談・健康づくり学習会・小奴可の集い・糖尿病のつどい・健康まつり・職員健康相談など
西城市民病院	【外来】 平成9年4月～平成18年3月 【入院】 平成9年4月～平成20年5月	270人	診療業務
総領診療所*	平成15年5月～平成17年5月	2人	診療業務
高野診療所 （公設民営）	平成18年9月～平成19年8月	65人	診療業務

※総領診療所は血液検査の結果、感染がなかったことが確認されました。

【連絡・相談先】

- ◎保健医療課健康推進係 ☎0824-72-7074
- ◎東城支所保健福祉室 ☎08477-2-5131
- ◎西城市民病院 ☎0824-82-2611
- ◎総領診療所 ☎0824-88-2611
- ◎高野診療所 ☎0824-86-3066



不適切な使用をしていた採血用器具